

Malmö, Švédsko
7. října 2019

Vážený zákazníku,

tímto vás informujeme, že probíhá změna u produktu

Wieslab® Complement System MBL Pathway

Dotčené produkty:	Wieslab® Complement System MBL pathway – IVD & RUO kits COMPLMP320, COMPLMP320RUO
Datum účinnosti:	Datum účinnosti této změny jsou soupravy vyrobené od října 2019.
Popis změny:	Postižené produkty již nebudou mít mikrotitrační destičky označené zelenou barvou. Všechny výrobky vyrobené po říjnu 2019 budou mít bezbarvé mikrotitrační destičky.
Důvod pro změnu:	Náš dodavatel mikrotitračních destiček změnil svůj výrobní proces a už nás nemůže zásobovat zelenými deskami.
Dopad na zákazníka:	Mimo fyzickou změnu vzhledu desky nedochází k žádné změně výrobku - funkce a výkon produktu se nezmění.

Veďte prosím na vědomí, že návod k použití (IFU) bude aktualizován o informace, které odrážejí změnu, a na krabici se soupravou bude uvedeno upozornění „Upozorňujeme, že mikrotitrační destička je bezbarvá“.


Upřímně doufáme, že tato změna bude mít pro vás minimální dopad, a omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti, které tato změna může způsobit.


S úctou,




Christine Mellborg
Produktový manažer

Svar Life Science AB

 Lundavägen 151
SE-212 24 Malmö
+46 40 53 76 00

 P.O. Box 50117
SE-202 11 Malmö
Sweden

 info@svarlifescience.com
svarlifescience.com