

Malmö, Švédsko
15. června 2020

Vážený zákazníku,

Tímto vás informujeme, že došlo ke změně u kitu

Wieslab® Complement System Classical Pathway kit

Dotčený produkt:	Wieslab® Complement System Classical pathway – IVD & RUO kits COMPLCP310, COMPLCP310RUO
Datum účinnosti:	Soupravy vyrobené od června 2020.
Popis změny:	Dotčené produkty již nebudou mít mikrotitrační destičky s modrou barvou. Všechny výrobky vyrobené po červnu 2020 budou mít bezbarvé mikrotitrační destičky.
Důvod pro změnu:	Dodavatel mikrotitračních destiček změnil svůj výrobní proces a už nás nemůže zásobovat modrými deskami.
Dopad na zákazníka:	Kromě fyzické změny vzhledu desky nedochází k žádné změně produktu - funkce a výkon produktu se nezmění.

Veďte prosím na vědomí, že návod k použití (IFU) bude aktualizován informacemi, které odrážejí změnu, a na krabici se soupravou bude uvedeno upozornění „Upozorňujeme, že mikrotitrační destička je bezbarvá“.

Upřímně doufáme, že tato změna bude mít pro vás minimální dopad a omlouváme se za veškeré nepříjemnosti, které tato změna může způsobit.
S úctou,



Christine Mellborg
Product Manager